

## Software y firmware

Más información | Instrucciones | Solicitud de Cotización

## Configuraciones de firmware y hardware recomendadas

Solinst recomienda utilizar siempre la última versión de software y firmware. Las versiones actuales pueden descargarse en cualquier momento, de forma gratuita, de la página web de Solinst en: <https://downloads.solinst.com/>

Utilice siempre la última versión del software Levelogger® para PC para instalar las últimas versiones del firmware.

**Nota:** Solinst siempre recomienda que nuestros clientes descarguen los datos de sus registradores AquaVent, utilizando la misma versión de Software Levelogger con la que fueron programados originalmente.

### Requisitos del sistema operativo

Las versiones 4.6.3 y superiores del software Levelogger para PC son compatibles con Windows 10 y 11.



©Solinst and Levelogger are registered trademarks of Solinst Canada Ltd.

AquaVent	Software para PC Levelogger	Firmware	Firmware de cabeza de pozo SPX 5	Firmware de cabeza de pozo SPX	App Levelogger de Solinst	Firmware de SRU	Firmware DataGrabber
 <b>Logger AquaVent 5</b>	4.6.3 (Incluye actualización de Firmware Utility 1.4.1)	1.006	 1.000	1.001	3.5.1 iOS 13.0 o posterior  2.1.0 Android 9.0 o superior  *Nota: Requiere una interfaz de la aplicación Levelogger	1.001 y superiores 	DataGrabber 5: **Mk2 4.000 y superiores Mk1 3.002 (actualizable por el usuario)
 <b>AquaVent Logger</b>		1.000	1.000 Dado que las características difieren ligeramente entre modelos, se recomienda utilizar un cabezal de pozo SPX con un registrador AquaVent.	 1.000	DataGrabber 5: Mk2: 4.00 y superior Mk1: 3.002 DataGrabber: 2.000 a 3.002 (a partir de la versión 2.000, el usuario puede actualizar el firmware; por debajo de esta versión, Solinst debe actualizarlo)		

**Nota:** Si es necesario actualizar tanto el firmware del registrador como el del cabezal de pozo, actualice primero el firmware del cabezal de pozo.

\*\*Las unidades DataGrabber 5 MK2 vendidas a partir de octubre de 2022; las unidades Mk1 vendidas antes de esa fecha sólo pueden actualizarse al firmware 3.002.

## Accesorios AquaVent

Los cables de comunicación de cabezal de pozo, incluidos los cables de conector USB, los cables de conector SDI-12 y los cables de conector MODBUS RS232/RS485, son compatibles con todas las versiones del registrador AquaVent y los cabezales de pozo de comunicación correspondientes. Los cables ventilados antiguos (vendidos antes del 16/4/21 con números de serie inferiores al 506326) no son compatibles con los cabezales de pozo AquaVent 5 nuevos (vendidos después del 7/5/21) ni con los registradores AquaVent 5 (vendidos después del 5/4/21) sin una pequeña modificación por parte del usuario - póngase en contacto con Solinst para obtener instrucciones. Los nuevos cables ventilados son compatibles con todas las versiones del registrador AquaVent - tenga en cuenta que, después de apretar completamente el nuevo conector del cable ventilado, la junta tórica externa de un registrador o cabezal de pozo antiguo es visible y es normal que no se asiente contra el conector.



\*"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas de seguridad y reglamentarias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento

inalámbrico. ®Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad e iPod son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

© Solinst es una marca registrada de Solinst Canada Ltd.

Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.